



### パニック値報告 いち早く！確実に！

報告遅れによる患者様の治療遅延リスク回避、院内運用の簡素化に向けて機能強化しました。

- スマートフォン等へのメール通知と結果閲覧
- Forest PC 画面にポップアップ通知
- Forest 連携プリンターから報告書の自動出力



パニック値の緊急連絡遅れの問題  
出典：公共財団法人 日本医療機能評価機構

### Case 1 パニック値などの緊急連絡を、場所を問わず迅速に受け取る方法はありませんか？



現在お持ちのスマートフォンやタブレット等から、VPN※<sup>1</sup> 接続にて、検査結果を閲覧いただけます。その際、弊社からメールで通知いたします。



【メール通知】



先生方が直接確認できるため、パニック値報告の連絡遅れ等のリスク対策の一助となります。



#### 【VPN 接続 受信結果一覧】

確認	緊急	通知	更新日時	患者ID	患者名	性別	採取日時
*	緊	○	2023/09/21 15:42	00040209	わむり P	女	2022/02/11 09:38
	緊	○	2023/09/21 15:42	00040209	わむり	女	2022/02/11 09:38
		○	2023/09/21 15:42	00040209	わむり P	女	2022/02/11 09:38
*	緊	○	2023/09/21 15:42	00040209	わむり P	女	2022/02/11 09:38
	緊	○	2023/09/21 15:57	00040209	わむり	女	2022/02/11 09:38
	緊	○	2023/09/21 16:03	00040209	わむり	女	2022/02/11 09:38
	緊	○	2023/09/21 16:04	00040209	わむり	女	2022/02/11 09:38
	緊	○	2023/09/21 16:06	00040209	わむり	女	2022/02/11 09:38
*	緊	○	2023/09/21 16:09	00040209	わむり P	女	2022/02/11 09:38
*		○	2023/09/21 16:09	00040209	わむり P	女	2022/02/11 09:38

#### 【検査結果の閲覧】

No	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	蛋白分画			
2	アルブミン	68.5	%	62.0~72.0
3	a1グロブリン	↑ 4.0	%	2.0~3.0
4	a2グロブリン	↓ 2.5	%	5.0~8.0
5	βグロブリン	↑ 20.0以上	%	7.0~11.0
6	γグロブリン	↓ 10.0以下	%	11.0~20.0
7	A/G 比	↓ 1.6未満		1.60~2.60
8	A ST (GOT)	再検査済みです。	U/L	8~28
9	ALT (GPT)	38	U/L	4~43
10	ALP	200	U/L	110~354
11	血糖 (血糖)	100	mg/dL	80~109
12	HbA1c NGSP	5.8	%	4.8~8.2
13	ナトリウム	↓ 100	mg/dL	135~150

【※1：VPN 接続とは、仮想ネットワークと言い、データの暗号化などにより、セキュリティが高く、通信速度も安定している接続。】

## Case 2 パニック値や緊急検査結果をリアルタイムに通知する機能はありますか？



Forest PC のデスクトップ画面に通知をポップアップします。




パニック値や緊急検査結果等にいち早く気づくことができ、見落とし防止や伝達手順の簡素化に繋がります。



## Case 3 パニック値や緊急検査結果をFAX以外で報告書として通知できますか？



Forest 連携プリンターから報告書を自動出力します。



検査結果報告書 (一般)					Page 1 / 1
患者ID	00071	カナ氏名	フミコマツモリ	年齢	4歳
性別	男性	漢字氏名		生年月日	2015年03月05日
採血日時	2019/10/02 22:11	備考		通常	外来
科	内科	材料コメント	中乳糜、強溶血	検査時年齢	4歳
報告完了日	2019/10/03				
検尿		身長	体重	体温	
ドクター		病歴	病歴	経緯	
診療科		検査受託先	ファルコバイオシステムズ	検査受託先コード	201910020086005
No	検査項目	検査結果	単位	基準値	
1	蛋白分画				
2	アルブミン	68.5	%	62.0~72.0	
3	α1グロブリン	↑ 4.0	%	2.0~3.0	
4	α2グロブリン	↓ 2.5	%	5.0~9.0	
5	βグロブリン	↑ 20.0以上	%	7.0~11.0	
6	γグロブリン	↓ 10.0以下	%	11.0~20.0	
7	A/G比	↓ 1.6未満		1.80~2.80	
8	AST (GOT)	再 35	U/L	8~38	再検査済みです。

FAX 報告書より文字がとても見やすくきれいです。



### 通知設定について

- 「通常/緊急/パニック値/ご指定」の種別ごとに設定が可能です。
- 「ご指定」の種別では、患者様や検査項目ごとの個別設定も可能です。

種別	デスクトップ通知	プリンター出力	メール通知
通常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
緊急	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
パニック値	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ご指定	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

内容保存 キャンセル

ご利用に関しましては、営業担当にお申し付けください。