

抗ミュラー管ホルモン 基準値

※RI:Reference Interval (基準範囲)

年齢 (歳)	N (例)	中央値 (ng/mL)	95% RI ※ (ng/mL)	年齢 (歳)	N (例)	中央値 (ng/mL)	95% RI ※ (ng/mL)
≤27	558	4.69	0.76~14.18	38	1,230	1.90	0.11~ 7.81
28	387	4.27	0.84~12.44	39	1,176	1.80	0.13~ 7.45
29	555	4.14	0.86~11.97	40	1,057	1.47	0.08~ 6.13
30	663	4.02	0.79~12.74	41	888	1.30	0.06~ 5.52
31	865	3.85	0.44~13.08	42	715	1.00	0.05~ 5.81
32	872	3.54	0.62~13.87	43	509	0.72	0.03~ 4.49
33	959	3.32	0.40~12.76	44	309	0.66	0.03~ 3.98
34	1,064	3.14	0.38~11.16	45	144	0.41	0.03~ 3.43
35	1,191	2.62	0.37~10.18	46≤	127	0.30	0.02~ 1.67
36	1,122	2.50	0.33~ 9.93	全群	15,545	2.36	0.12~10.67
37	1,154	2.27	0.24~ 8.50				

*JISART (日本生殖補助医療標準化機関) の各施設に通院する不妊症患者で本品を用いて測定した16,526例のうち、多嚢胞性卵巣 (PCO) (939例) および早発卵巣不全 (POI) (42例) と診断された症例を除外したあとの女性15,545例のAMH測定値の年齢別分布 (中央値) をノンパラメトリック法により求めています。
(JISART 多施設共同研究での国内検討データ)